

Số: ~~117~~/BVDL-XNCDHA-DVTTYT
V/v mời chào giá Thiết bị y tế lần 2

Quảng Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế

Thực hiện Công văn số 465/SYT-KHTC, ngày 14/3/2023 của Sở Y tế Quảng Nam về việc bổ sung hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị y tế năm 2023.

Để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam có nhu cầu mua sắm trang thiết bị trong năm 2023 như sau (Cấu hình thiết bị kèm theo Phụ lục 1):

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy Mesoderm	Máy	01

- Thư chào giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 07/2023/NĐ-CP, ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định 98/2021/NĐ-CP.

2. Báo giá khách hàng (kèm theo Phụ lục 2), bao gồm kê khai phân nhóm, phân loại 03 bảng gốc, ký, đóng dấu;

3. Cotalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020;

4. Bảng kê khai, công khai giá (kèm theo mã kê khai) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế - website: kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/;


5. Hợp đồng cung cấp trang thiết bị y tế tương tự trong vòng 12 tháng gần đây, công chứng Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).

- Các đơn vị tham gia chào giá, gửi thông tin đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam (Qua văn thư hoặc khoa Xét nghiệm - CDHA - Dược - VTTYT) trước 10h00 ngày 14/4/2023 và chịu trách nhiệm về tính pháp lý tài liệu cung cấp như sau:

+ Địa chỉ: Đường N24, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

+ Bảng chào giá phải niêm phong kín, ngoài phong bì yêu cầu ghi rõ: Tên đơn vị (tên Công ty) địa chỉ, số điện thoại và “ Thư chào giá Trang thiết bị Y tế”.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Đăng Website bệnh viện;
- Lưu: VT, XN-CDHA-D-VTTYT,
TC-HC&TC-KT.



BS. CKI Nguyễn Văn Cẩm



Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm thư mời chào giá số 147/BVDL-XNCĐHA-DVTTYT, ngày 04/4/2023)

Stt	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo TT 14/BYT
1	Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
2	Yêu cầu cấu hình <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình cảm ứng - Tay cầm đầu mài mòn - Nắp chụp & đầu mài mòn - Tay cầm mở tế bào - Đầu kim mở tế bào - Dây A,B kết nối tay cầm mở tế bào - Dây kết nối điện cực - Đầu lăn dưỡng chất Face, Body (Đầu điện di Electroporation) - Lon đựng nước sạch, nước thải - Miếng dán kết nối điện cực - Sách Hướng dẫn sử dụng (có cả bản tiếng Việt) - Dây nguồn 	
3	3. Chỉ tiêu kỹ thuật <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ điều trị: Công nghệ Electroporatio và Iontophoresis - Điện áp: 220V - Tần số: 50Hz / 60Hz - Công suất tối đa: 250 W - Chiềucao:1200 mm - Rộng: 600mm - Dày: 485mm - Trọng lượng máy: 42Kg - Tổng trọng lượng: 49Kg - Nhiệt độ vận hành: 10°C - 50°C - Vật liệu khung: Nhôm - Lốp cách điện: IBF theo luật CEI EN 6060 – 1 	Nhóm 6
4	Yêu cầu khác <ul style="list-style-type: none"> - Có giấy uỷ quyền phân phối hoặc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam; - Thiết bị lưu hành tại Việt Nam phải có giấy phép lưu hành, số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành, có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, có bảng phân loại thiết bị theo quy định - Tuân thủ các điều kiện cung cấp hàng hóa theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; - Sản phẩm có lỗi phải chịu trách nhiệm khắc phục, thu hồi và xử lý theo quy định. - Cung cấp đầy đủ giấy phép được nhập khẩu theo quy định theo Thông tư 30/2015/TT-BYT, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, các chứng 	

chỉ xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q), vận đơn (bill) và các giấy tờ liên quan khác khi giao hàng.

- Có cam kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 10 năm;
- Có chào giá các phụ kiện phụ tùng thay thế
- Bảo hành ≥ 12 tháng
- Thiết bị được lắp đặt hoàn chỉnh và bàn giao tại Bệnh viện.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo người sử dụng tại đơn vị.
- Có Catalogue bản gốc và tài liệu kỹ thuật (chính hãng) để chứng minh các thông số kỹ thuật;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
- Giá chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và các loại chi phí liên quan.
- Hướng dẫn quy trình bảo dưỡng và các thay thế linh kiện của các thiết bị thường quy, định kỳ, đột xuất.
- Giao hàng ≤ 03 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng.

Ghi chú: Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trong Thông báo mời chào giá chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. Công ty phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa trong bảng báo giá.



Mẫu 2: Mẫu Báo giá

(Đính kèm thư mời chào giá số 14/BVDL-XNCDHA-DVTTYT, ngày 04/4/2023)

(Thông tin công ty...)

Ngày.....tháng.....năm 2023

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty.....(Tên đơn vị báo giá) hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể sau:

STT	Phân nhóm TT14	Tên thiết bị y tế	Chủng loại	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã kê khai
1											

Báo giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí vận chuyển
Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày.....

.....,Ngày...tháng...năm...

TÊN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

Thông tin khác: (Giao hàng, thanh toán....)

